

Tabellarisch zusammengefaßt zeigen die Endresultate folgendes Bild:

Versuch Nr.	Substanz	Angewandte Menge in Gramm	Extraktionsmittel		Gefundener Rück- stand in Proz.		Extraktionsdauer in Minuten		Erzielte Zeit- ersparnis in		
			Name	Menge in ccm	S.	H.	S.	H.	Minuten	Proz.	
1.	Kakao-pulver	1,0	Äther	180	60	71,6	71,0	120	30	90	75
2.	Kork	0,4	"	180	60	89,5	89,8	40	10	30	75
3.	Kaffee, ungebrannt	1,0	"	180	60	90,8	90,4	80	20	10	88,8
4.	" gebraunt	1,0	"	180	60	85,5	85,5	80	11	19	68,8
5.	Schellack, orange I	1,0	Methyalkohol	180	60	1,0	0,9	135	90	45	38,8
6.	Kolophonium	1,0	Äthylalkohol	180	60	0,0	0,0	30	10	20	66,6
7.	Tonseife	1,0	"	180	60	80,2	80,1	60	30	30	50

Schon aus diesen wenigen Beispielen geht die Überlegenheit des neuen Apparates dem alten Soxhlet gegenüber klar hervor. Wie die Tabelle veranschaulicht, war es möglich, die Extraktionsdauer in zwei Fällen auf den vierten Teil der Zeit herabzusetzen, und auch in den ungünstigsten Fällen nahm die Ausführung der Analyse nur zwei Drittel der Zeit in Anspruch, welche im Soxhlet bei größtmöglicher Beschleunigung des Prozesses erforderlich ist. Dieses Ergebnis wird zweifellos der neuen Konstruktion viele Freunde zuführen und die alte Gepflogenheit des stundenlangen unkontrollierten Extrahierens in das Reich der Vergangenheit verweisen. [A. 200.]

Topfboden unter Umständen nicht in hinreichender Ausdehnung von der Flamme bestrichen wird.


Bei bestimmten Bauarten von Laboratoriumsbrennern, die einen besonders hohen Luftzusatz ermöglichen, z. B. der Teclu- und der Mekerbrenner, ist eine Verwendung von Methan möglich, nötigenfalls unter Verengerung der Düsenöffnung, bei den gewöhnlichen Bunsenbrennern sind erhebliche Änderungen erforderlich.

Die vorstehenden Ausführungen sind durch jahrelange Erfahrungen bei der Verwendung von Erdgas aus der Neuengammer Quelle, das praktisch als reines Methan zu betrachten ist (über 95 Vol.-% CH₄), voll bestätigt worden.

Dr. H. Wolffram-Hamburg.

Aus der Technik. Neuer Bunsenbrenner.

Bei den meisten Laboratoriumsgasbrennern nach Bunsen usw. macht man die unangenehme Erfahrung, daß sie bei den Druckschwankungen, wie sie besonders unter den heutigen Verhältnissen sehr häufig in den städtischen Gasleitungen auftreten, nicht gut funktionieren und durchschlagen. Um diesen Druckschwankungen in der Gasleitung zu begegnen, ist es erforderlich, daß die Luftregulierung eine sehr feine ist.



Nun wird die günstigste Wirkung der Ansaugung von Luft durch den aus der Düse austretenden Gasstrahl nur bei einem bestimmten Verhältnis des Querschnittes des Brennrohres, der lichten Weite der Düse und des Durchmessers der Öffnung für den Luftzutritt und weiter nur bei einer bestimmten Stellung der Düse im Verhältnis zu den Öffnungen für den Luftzutritt erzielt. — Dieses Optimum kann unter Anwendung des Satzes von Bernulli durch einige experimentelle Bestimmungen ermittelt werden. Der

abgebildete Brenner ist das Ergebnis einer solchen Untersuchung und stellt einen in den weitesten Grenzen regulierbaren (schraubbare Hülse auf dem Brennerrohr über den Luftzuführungen) und bei fast allen praktisch vorkommenden Leuchtgasdrucken verwendbaren Brenner dar.

Der Brenner wird von der Firma Georg Bartels, Werkstätte für Präzisionsmechanik, Göttingen, hergestellt und von der Verkaufvereinigung Göttinger Werkstätten G. m. b. H. Göttingen, Geiststr. 3, vertrieben.

„Ein neues Handelsgas.“

Die unter dieser Überschrift in Nr. 70 dieser Zeitschrift (S. 456) erschienenen Ausführungen enthalten im vierten Absatz teilweise Angaben, die vom gastechnischen Standpunkt aus unrichtig sind und daher nicht unwidersprochen bleiben dürfen.

Methan — es handelt sich vermutlich um das von der „Emscher-Genossenschaft“ aus Faulschlamm gewonnene Gas — hat zwar nahezu den doppelten Heizwert als ihn das heutige Leuchtgas meist besitzt, erfordert aber zu vollkommener Verbrennung mehr als die doppelte Luftmenge wie ersteres. Sein spezifisches Gewicht ist zwar höher, so daß in der Zeiteinheit bei gleichem Gasdruck aus derselben Düsenöffnung eine geringere Menge Gas ausströmt, aber immerhin mehr als die Hälfte. In den für normales Leuchtgas eingestellten und gebauten Brennern kann daher die für die vollkommene Verbrennung von Methan erforderliche erhöhte Luftmenge nicht zugeführt werden, infogedessen tritt, besonders stark bei Hängeglühlicht, ein Verrüben der Glühkörper und ebenso der Kochtopfböden ein.

Für das Leuchten des Glühkörpers kommt überhaupt der Heizwert erst in zweiter Linie in Frage, maßgebend sind vor allem Flammenvolumen und Flammentemperatur. Beide sind bei Methan geringer als bei dem unter Leuchtgas zu verstehenden Gasgemisch, daher wird der normale Glühkörper von der Flamme nicht vollkommen ausgefüllt und leuchtet weniger stark. Zusatz von Wassergas zum Kohlengas erniedrigt z. B. den Heizwert, trotzdem leuchtet der Glühkörper, der mit diesem Mischgas erhitzt wird, mit stärkerem Glanze, da die Anreicherung des Gases an Wasserstoff eine Erhöhung der Verbrennungs-temperatur verursacht.

Beim Gaskocher wird, abgesehen vom Verrüben der Töpfe, durch ungenügenden Luftzutritt die Nutzleistung wesentlich herabgesetzt, auch das geringere Flammenvolumen wirkt in diesem Sinne, da der

Rundschau.

Utrecht. Das van't Hoff-Laboratorium der Reichsuniversität teilt wegen der Zentralstelle für Sonderabzüge ausländischer wissenschaftlicher Abhandlungen (vgl. Angewandte Chemie 34, Seite 443) folgendes mit: Die Anfragen, die den Namen des Verfassers und genaue Angabe der betreffenden Literaturstelle enthalten müssen, werden an den betreffenden Verfasser weitergeleitet. Anträge allgemeiner Art, durch die die gesamten Abhandlungen eines Sondergebietes oder eines einzelnen Verfassers erbeten werden, können keine Berücksichtigung finden. Es wird ferner gebeten, der Zentralstelle Sonderabzüge nicht ohne Aufforderung zugehen zu lassen, da nicht die Absicht der Schaffung eines Vorrates für die Sendung besteht. R.

Personal- und Hochschulnachrichten.

Infolge des Gesetzes über die Zwangsemserierung der Hochschullehrer wird zum 1. Oktober an der Berliner Universität Geh. Rat Prof. Dr. E. Beckmann, Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Chemie in Dahlem, von der Verpflichtung zu Vorlesungen entbunden.

Es wurden ernannt (berufen): Prof. Dr. H. von Euler-Chelpin an der Hochschule in Stockholm zur Wiederbesetzung der durch das Ausscheiden Prof. Dr. Lintners frei werdenden ordentlichen Professur für angewandte Chemie an die Technische Hochschule in München; Prof. B. Oddo, Extraordinarius der pharmazeutischen Chemie an der Universität Cagliari, in derselben Eigenschaft an die Universität Pavia; Dr.-Ing. L. von Putnoky, a. o. Professor und Vorsteher der anorganisch-chemischen Abteilung des chemischen Institutes der technischen Hochschule Budapest, zum o. Prof.; zum Rektor der Technischen Hochschule in Aachen für die Zeit vom 1. Oktober 1921 bis Ende Juni 1922 Geh. Bergrat A. Schwemann, o. Prof. der Bergwissenschaften.

Gestorben sind: R. Goldschmidt, Mitinhaber der Firmen S. E. Goldschmidt & Sohn, Breslau, Berlin, Wien, Zinkfarben-G. m. b. H., Berlin, Ges. für chem. Holzaufarbeitung m. b. H., Berlin, am 21. 9. in Berlin. — M. H. Isler, Direktor der Bad. Anilin- und Soda-fabrik, am 28. 9. — J. Vogt, Entdecker der oberelsässischen Kalilager, 73 jährig, vor kurzem in Niederbrück.

Aus anderen Vereinen und Versammlungen.

Die Hauptstelle für Wärmewirtschaft hat am 22. und 23. September in Dresden ihre Jahresversammlung abgehalten, die ein für die weitere Entwicklung der wärmewirtschaftlichen Organisation bedeutsames Ergebnis gehabt hat.

Der Geschäftsführer der Hauptstelle, Herr Professor Eberle, hielt einen Vortrag über „Die Selbstverwaltung in der industriellen Wärmewirtschaft“, der in der Forderung gipfelte: „Überlassen wir der Industrie und deren Wärmestellen die Förderung ihrer Wärmewirtschaft; sie haben den richtigen Weg beschritten und werden im Bewußtsein der Verantwortung auch zum Ziel gelangen“. Die aus den Spitzen sämtlicher mit der Brennstoffbewirtschaftung betrauten Behörden des Reiches und der Länder, den Vertretern sämtlicher von der Industrie gegründeten Wärmestellen und zahlreichen sonstigen Fachleuten bestehende Versammlung schloß sich dieser Forderung einstimmig an.

Aus dieser Tatsache kann geschlossen werden, daß auch die Reichs- und Landesbehörden sich von der Zweckmäßigkeit des baldigen vollständigen Abbaues der amtlichen Wärmewirtschaftstätigkeit überzeugt haben.

Anschließend wurden an Hand der Berichte anerkannter Fachleute einige wichtige technische Fragen aus dem Arbeitsgebiete der Hauptstelle behandelt.